



Allegato^D..... all'atto

N°152 del **21 OTT. 2019**



REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1

AVEZZANO – SULMONA – L'AQUILA

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**Via Saragat, Loc. Campo di Pile
L'Aquila**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ALL.D)

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI"
PER I LABORATORI ANALISI DIVISA IN N. 9 LOTTI, PER UN PERIODO
DI 5 ANNI, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI.**

SISTEMI PER BATTERIOLOGIA MEZZI DI COLTURA

LOTTO N 1

CIG:

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA per ANNO euro **120000** (I.V.A. ESCLUSA)

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura di sistemi microbiologici per la semina dei campioni di batteriologia, sistemi per la generazione di atmosfera modificata e test biochimici rapidi per il Laboratorio di Analisi dei PP.OO. di L'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro. La fornitura in oggetto si articola nei seguenti punti:

Riferimento A - TERRENI DI COLTURA SOLIDI PRONTI IN PIASTRA

Riferimento B - BRODI DI COLTURA E TERRENI IN PROVETTA

Riferimento C - GENERATORI DI ATMOSFERA MODIFICATA

Riferimento D - TEST BIOCHIMICI RAPIDI

L'offerta deve riguardare almeno il 90% di tutti i prodotti richiesti complessivamente nelle seguenti tabelle (54 dei 60).

CARATTERISTICHE MINIME E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI:

Riferimento A - TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRA

La Ditta dovrà produrre una documentazione che permetta di verificare la conformità di quanto offerto ai seguenti requisiti minimi:

- certificati di conformità CE;
- certificati di analisi e controllo di qualità per ogni lotto consegnato;
- certificato di validazione dei terreni in seguito a studi di simulazione di sbalzi di temperatura durante la catena del freddo (Thermal Shock Validation);
- garanzia per la catena del freddo in tutte le fasi del trasporto;
- spessore del terreno in piastra ≥ 4 mm;
- diametro delle piastre di 90 mm, con tacche di ventilazione e formato ad incastro per l'impilamento;
- sigla del terreno, lotto e data di scadenza presente su ogni piastra;
- i terreni cromogenici devono consentire la migliore differenziazione possibile dei microrganismi per i quali sono indicati;
- il periodo di validità dei terreni forniti deve essere di almeno 4/5 del tempo che va dalla produzione del prodotto alla sua data di scadenza rispetto alla data di consegna ed inoltre è necessaria la disponibilità da parte della ditta aggiudicataria a invii differenziati per i prodotti che abbiano un tempo di conservazione limitato;
- le sostanze e i supplementi devono essere tutti prodotti e controllati secondo i requisiti EUCAST;
- tutti i terreni devono soddisfare gli standard EUCAST, quando sono applicabili;
- deve essere assicurata la disponibilità alla consegna senza la fissazione di un minimo d'ordine garantito;
- dichiarazione che i prodotti che presentano discordanze o difetti saranno sostituiti dalla ditta aggiudicataria entro 5 giorni con materiale idoneo;